

福祉用具の重大製品事故に係る公表(3)平成22年8月27日
原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	原因不明理由
平成20年1月7日	A200700101	平成19年5月10日	平成19年6月7日	介護ベッド用手すり	PZR-K900TAH	株式会社ブラッ	死亡1名	着衣がベッドの手すりの固定用ノブに引っかかり、頸部圧迫を起こし、窒息により死亡した。	兵庫県	当該事故は、スイングアームを固定せずに使用した際に、固定ノブが着衣の首部分に引っかかることによって発生したものと推定される。固定ノブの形状は、球状であり引っかかる等による危険性は低いものと考え、事故発生時の被害者の状態及び行動が明らかでないため、原因の特定には至らなかった。
平成20年12月26日	A200800160	平成20年4月16日	平成20年5月15日	介護ベッド用手すり	KA-095	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品に捕まり、ベッドから立ち上がろうとした際、転倒し重傷を負った。	埼玉県	調査の結果、ベッドに適切に固定された当該製品は、立ち上がるために当該製品に相当な荷重をかけた場合、荷重に応じた緩やかなアーム部の変位は確認されるものの、くらつきを生じさせるほどの急激な変位は認められなかった。また、アーム部へ荷重した場合、アーム部反対側の差し込み部が1cm程度持ち上がることが確認されたが、一度持ち上がるとその状態で維持されることが確認された。結論としては、わずかなアーム部の変位が転倒のげんいんであること特定するには至らなかったことから、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した。
平成19年9月26日	A200700458	平成19年7月7日	平成19年9月21日	電動車いす(ハンドル型)	ET-3A	スズキ株式会社	死亡1名	当該製品で、下り坂を走行中に花壇緑石に乗り上げて転倒し、外傷性ショックで死亡した。	岩手県	調査の結果、事故品車両に不具合は認められなかったが、使用者の運転ミスとも特定できなかった。
平成21年3月27日	A200700929	平成20年2月3日	平成20年2月6日	電動車いす(ハンドル形)	ET-4D 2型	スズキ株式会社	死亡1名	当該製品が路上で焼損していた。利用者は、そばで倒れているのを発見されたが、死亡が確認された。また、近くに金属製の空の灯油タンクがあった。	岡山県	事故品の焼損が著しく、目撃者もない上、利用者が焼死しており、事故時の状況が不明であることから出火元を含め原因の特定には至らなかった。
平成22年5月21日	A200900069	平成21年4月13日	平成21年4月22日	電動車いす(ハンドル形)	ET4E1型	スズキ株式会社	死亡1名	当該製品に乗って、踏み切りを横断中に列車にはねられ死亡した。	高知県	調査の結果、使用者が踏切の警報機に気付かず踏切内に進入した可能性が考えられるが、当該製品の損傷が著しく、作動状況を確認する部品も入手できなかったことから、原因の特定には至らなかった。
平成20年7月4日	A200700940	平成19年9月28日	平成20年2月8日	電動車いす	JWX-1	ヤマハ発動機㈱	重傷1名	横断歩道から歩道に移る際にあった段差を乗り越えようとした時に、後方に転倒した。現在、原因を調査中。	北海道	調査の結果、電動車いすの後方転倒防止装置のロック機能に異常は認められなかった。事故現場の段差は同装置が格納状態の場合でも乗り越えられると思われるが、事故時の状況が不明であるため原因の特定に至らなかった。
平成19年9月7日	A200700168	平成19年6月13日	平成19年6月21日	車いす	6輪車E	日進医療器株式会社	死亡1名	トイレにおいて、車いすに移乗する際に転倒し、車いすに戻ろうとした際、ふくらはぎが車いすのステップクランプ部分に引っ掛かり裂傷を負ったと推測され、出血多量のため死亡した。	福岡県	事故発生時、消費者は自宅トイレで一人であったため、負傷原因と推測されるステップクランプ部分で負傷したのかは不明であり、原因の特定はできなかった。
平成19年9月7日	A200700198	平成19年5月23日	平成19年7月2日	車いす(入浴用)	KS10	株式会社カワムラサイクル	死亡1名	利用者は要介護5で首が安定していない状態であった。利用者をベッドから当該製品へ移乗させる際に、足をフットレストに乗せようと高く持ち上げた時、後方に車いすごと転倒し、脳血管腫により死亡した。	長崎県	事故品で車いすのJIS規格を準用したテストにおいて、基準を満たしていることを確認したが、事故が起こった状況が不明確であることから転倒に至った原因は特定できなかった。
平成19年9月7日	A200700010	平成19年3月末	平成19年5月23日	歩行補助車	704	株式会社幸和製作所	重傷1名	自宅近くで当該製品を押して、段差のないところを歩行中、車体が前に折りたたみ体ごと前に倒れて転び、腰骨にひびが入り1ヶ月以上の加療を要した。	広島県	調査の結果、事故品のブレーキはSGマーク認定基準の「ハンドルブレーキ性能」には適合していたが、使用者の使用方法にも特段問題は見当たらず、使用者のご使用、不注意とは言いがたい。また、製品に起因した事故であるともいえないため。

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	原因不明理由
平成20年3月25日	A200700375	平成19年8月5日	平成19年8月31日	歩行補助車	ハッピー XYAPRL001B	シャープトレーディング 株式会社	重傷1名	自宅近くの道路で当該製品を使用して散歩中、ブレーキを掛けたが効かなかったので当該製品が前に行き過ぎたため、バランスを崩し、転倒した。	埼玉県	調査の結果、事故品のブレーキはSGマーク認定基準の「ハンドルブレーキ性能」には、適合していたが、使用者の使用方法にも特段問題は見当たらず、使用者のご使用、不注意とは言い切れず、また、製品に起因した事故とも言い切れないため。
平成22年7月26日	A200700281	平成19年7月4日	平成19年8月1日	歩行補助車	30172	アップリカ葛西(株)	重傷1名	何らかの原因により、折りたたみロックが外れており、それに気が付かないまま当該製品を押して歩いていたところ、何かにぶつかった衝撃で製品が折りたたまれてしまい、しりもちをつき、大腿骨を骨折した。	三重県	調査の結果、当該製品の左右のレバーのロックが外れていたために、壁にぶつかり製品が折りたたまれ、転倒に至ったものと考えられるが、使用者はロックをはずした覚えがないとのこと当該製品がアンロック状態になった原因が不明であることから 原因の特定はできなかった。
平成20年10月21日	A200700646	平成17年3月5日	平成19年11月27日	歩行者	機種不明	株式会社星光医療器製 作所	重傷1名	リハビリ中に当該製品を使用してエレベーターに乗り込む際に、歩行者前輪がエレベーターとフロア面との隙間にはさまり転倒し、骨折した。	石川県	調査の結果、事故品を特定できず、事故発生時の事故品の状態および発生の状況が不明で、調査不能であることから、原因の特定にはいけなかった。
平成20年1月7日	A200700350	平成19年8月19日	平成19年8月28日	段差解消機	18ZX	トヨタ車体株式会社	死亡1名	自宅縁側に設置された当該製品の上で車いすに乗った状態で夕涼みをしていた。家族がその場を離れ1時間程して戻ってくると、車いすの左前輪が当該機器から脱輪しており、転落防止用のチェーンが利用者の頸部を圧迫していた。病院に運ばれたが、死亡が確認された。	岐阜県	当該製品は、家と外との行き来のために使用するものであり、長時間、製品の上にとどまることを想定した製品ではないが、使用者の誤使用、不注意とは言い切れず、また、製品に起因した事故であるとも言えないため。