

バッテリー残量がゼロになった場合の緊急降下法

- ①利用者を安全に降下させられる場所にリフトを移動させます。
- ②下図の赤丸で囲んだ緊急降下用リング(B)を引き上げます。
利用者の自重でリフトが下がります。
- ③利用者の体重によって降下の速度は変動します。
遅すぎる場合には介助者がアシストしてください。

