


バッテリー残量がゼロになった場合の緊急降下法

- ①患者を椅子などの近くに移動させ、安全に下降させる準備をします。
- ②本体アクチュエーター上の赤いハンドルを見つけ、ハンドルを徐々に引き上げ、アームを下げます。
- ③赤いハンドルを離すと下降が止まります。



※赤いハンドルを引き上げても下降しない場合には、介助者がアームに荷重を加えて下降させてください。